

Wiesenstraße 14

D-58452 Witten, 02.11.2022

☎ 02302 / 57093

✉ 02302 / 276724

eMail: thoens@web.de

www.der-schlafdokter.de

* zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

GP mit E. Scheffler, Anästhesist

Dr. M. Thöns • Wiesenstr. 14 • D-58452 Witten

Ärztlicher Befundbericht – Endbefund

Patient: Frommann, Kristin, Röhrchenstr. 48A, 58452, Witten, 2/28/1989, kristin.frommann@uni-wh.de

Eingangsdatum: 11/2/2022

Ausgangsdatum: 02.11.2022

Material: 1 X Abstrich in NaCl

Infektionsdiagnostik kv

Coronaviren

SARS-CoV-2 RNS positiv

Egens® PoC PCR Testgerät Point of Care Fluorescence Quantitative PCR(YS-Qpcr-1).

Meldepflichtiger Nachweis eines Krankheitserregers nach § 7 Infektionsschutzgesetz. Wir leiten das meldepflichtige Ergebnis an das zuständige Gesundheitsamt weiter.

CT-Wert (Infektiosität bei Werten < 30): 23,85

Ein Ct-Wert unter 30 entspricht nach Vergleich mit einem Standard-Präparat sehr wahrscheinlich einer hohen Virusmenge im Probenmaterial, aus der die in vitro-Anzucht in der Regel gelingt. Bei einem Wert unter 30 ist somit eine Infektiosität anzunehmen. (Ein Wert über 30 gereicht in NRW zum Beenden der Quarantäne).

Validiert durch Dr. med. Matthias Thöns am 02.11.2022